



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 20/03/2019

Comisionado	ALEJANDRO MEJIA GARCIA		
Puesto	SUBJETE TECNICO ESPECIALISTA	No. de empleado	0118455
Lugar de comisión	JUCHITAN, OAXACA	Periodo	07 AL 09 DE MARZO DEL 2019

Comisión desempeñada

En el plantel Juchitán, con el propósito de llevar a cabo el análisis y diagnóstico de los equipos observados por el Órgano Interno de Control en el CONALEP, mediante la observación número 05 de la auditoría No. 12/2018, que se realizó al rubro de activo fijo del plantel CONALEP Juchitán.

Actividades realizadas

El personal de la Subcoordinación de programación de Equipo, conjuntamente con el personal del plantel se dieron a la tarea de instalar las pantallas "TFT Thin Film Transistor táctil a color", mismas que son identificadas en la observación como "control lógico computarizado" (Tableta), en los bienes citados, determinando que el software de dichos dispositivos se encuentra desactualizado, el personal de la Subcoordinación de Programación de Equipo, solicitó el software con otro plantel que cuenta con los mismos equipos.- Se actualizó el software de los dispositivos y se pusieron en marcha ambos bienes, tomando evidencia (fotográfica y videográfica).

Conclusiones y resultados obtenidos

Se cumplió con el objetivo, constatando que los bienes cumplen con el objetivo de su funcionamiento. Una vez realizado el análisis y diagnóstico de bienes de bienes muebles propiedad del CONALEP.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

ALEJANDRO MEJIA GARCIA

SUBJETE TECNICO ESPECIALISTA

ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR

COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES